

Potilas Vakuutus keskus

Vaaratilanne vai potilasvahinko

Salla Salmenkivi

EHL, PVK:n hammaslääket. ylilääkäri

Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys

POTILASVAHINGOT JA POTILASTURVALLISUUS

LAITETURVALLISUUS

- Laitteet
- Laitteiden käyttö

HOIDON TURVALLISUUS

- Hoitomenetelmät
- Hoidon toteuttaminen

LÄÄKEHOIDON TURVALLISUUS

- Lääketurvallisuus
- Lääkitysturvallisuus

----- S U O J A U K S E T -----

VAARATILANNE

VAARATAPAHTUMA

POTILASVAHINGOT JA POTILASTURVALLISUUS

VAARATAPAHTUMA

LÄHELTÄ PITI- TAPAHTUMA

HAITTATAPAHTUMA

EI HAITTAA POTILAALLE

HAITTA POTILAALLE

Ei
henkilö-
vahinko

Henkilö-
vahinko

POTILASVAHINKO ?

POTILASVAHINKO

Tutkimuksesta, hoidosta tai niiden laiminlyönnistä potilaalle todennäköisesti aiheutunut **henkilövahinko**

- Hoidettu Suomessa
- Tapahtunut terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä
- POTILASVAKUUTUSKESKUS arvioi

Potilasvahinkojen korvausperusteet

- **Hoitovahinko** (93%)
- Infektiovahinko (5%)
- Tapaturmavahinko (0,5%)
- Laitevahinko (0,3%)
- Implanttivahinko (2021 alkaen)
- Hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko
- Lääkkeen toimittamisvahinko
- Kohtuuton vahinko

Hoitovahinko

Korvataan, mikäli kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai hoitanut potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon

ONKO KYSEESSÄ HOITOVAHINKO?

- ONKO HOIDOLLE OLLUT LÄÄKETIETEELLINEN PERUSTE?
- ONKO AMMATTISTANDARDI TÄYTTYNYT HOIDON ERI OSISSA?
 - kokeneen ammattihenkilön ammatillisen osaamisen taso
 - jos ammattistandardi ei ole täyttynyt, onko potilaalle aiheutunut tästä henkilövahinkoa?
 - lisäksi huomioitava mm. vahingon vanhenemissäännöt

Hoitovahinkoa ei ole tapahtunut, kun...

- vaivat johtuvat perussairaudesta tai -vammasta
- aiheellinen, asianmukaisesti toteutettu, hyväksyttyjä hoitotapoja käyttäen tehty hoito ei johda toivottuun lopputulokseen
- ennalta tunnettu riski toteutuu
- aina mahdollinen komplikaatio

Esimerkki potilasvakuutuslain tarkoittamasta laitevahingosta

- alaviisaudenhampaan poistoleikkauksessa poran käsikappale kuumenee ja aiheuttaa palovamman potilaan suupieleen
- Yltääkö korvattavuuteen?

Laitteeseen liittyvä vaaratilanne vai potilasvahinko?

- Implantti murtuu kaulaosastaan kolmen vuoden käytön jälkeen, implantti asetettu huomattavaan bukkaalisuuntaiseen kallistuskulmaan, bukkaalikuspissa purentakontakti

Laitteeseen liittyvä vaaratilanne vai potilasvahinko?

- Implanttiproteettisen ruuvin primäärikiristyksessä ruuvi katkeaa

Laitteeseen liittyvä vaaratilanne vai potilasvahinko?

- ylähampaat oli poistettu, koska olivat kuluneet ikenen tasalle, jäljellä dd 34-44
- Implantointi reg dd 13, 11, 23, 24
- Implanttikantoinen **keraaminen (Zr) silta katkeaa** (reg dd 22-23) kahden vuoden käytön jälkeen
- Silta alueella dd 13-24, molemmin puolin molaarituki puuttuu, purenta käytännössä sillan varassa

Laitteeseen liittyvä vaaratilanne vai potilasvahinko?

- Potilaalle valmistettu paksu purentakisko, potilas ei totu vaan vaivat pahenevat

KIITOS!



salla.salmenkivi@vakuutuskeskus.fi



www.pvk.fi



[@potilasvakuutus](https://twitter.com/potilasvakuutus)